型 号	DYCZ-40F 型 转印电泳仪	DYCZ-40D 型 迷你转印电泳仪	DYCZ-40G 型 转印电泳仪
			
编 号	121-4060	121-4040	121-4070
用 途	与 DYCZ-25E 配套使用 适用于 WesternBlot 等实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上	与 DYCZ-24DN 配套使用 适用于 WesternBlot 等实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上	与 DYCZ-25D 配套使用 适用于 WesternBlot 等实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上
特 点	* 双板 * 高透明度聚碳酸酯注塑成型 * 采用定制的蓝冰冰盒冷却，可辅助以转子进行磁力搅拌，散热更均匀。 * 颜色区别的转印夹，确保正确定向 * 转移时间约 45—90 分钟 * 转印效率高	＊双板 ＊高透明度聚碳酸酯注塑成型 ＊颜色区别的转印夹，确保正确定向 ＊转移时间约 45~90 分钟 ＊转印效率高	＊双板 ＊高透明度聚碳酸酯注塑成型 ＊颜色区别的转印夹，确保正确定向 ＊转移时间约 45~90 分钟 ＊转印效率高
外 形 尺 寸	（L×W×H）： 200×175×175mm	（L × W × H）： 140×100×150mm	（L × W × H）： 175×163×165mm
转印孔 板规格	（L×W）：100×93mm	电转印孔板：95 × 87mm	电转印孔板：95 × 110mm
重 量	1.5KG	1kg	2.5kg
缓冲液 总容量	1200ml	400ml	1350ml
基 本 参 数	蓝冰盒（L×W×H）130×115×25mm 转移板（L×W×H）110×105×12.5mm 支撑体（L×W×H）120×115×57mm		
配 置 清 单	编号 / 名称 / 标配数量 412-0600/ 电泳仪上盖 /1 个； 412-0601/ 电泳仪下槽 /1 个； 414-0600/ 转移支撑体 /1 个； 414-0601/ 转移孔板总成 /2 个； 414-0602/ 冰盒 /2 个； 414-0603/ 凝胶支持纤维垫 /4 个； 144-0014/ 电泳导线 /1 付	编号 / 名称 / 标配数量 414-0403/ 转移支撑体 /1 个 414-0400/ 转移孔板总成 /2 个 414-0401/ 凝胶支持纤维垫 /4 块 412-4403/ 电泳仪（上盖）/1 个 412-4402/ 电泳仪（下槽）/1 个 144-0011/ 电泳导线 /1 付	编号 / 名称 / 标配数量 414-0703/ 转移支撑体 /1 个 414-0704/ 转移孔板总成 /2 个 143-4071/ 凝胶支持纤维垫 /4 块 414-0702/ 电泳仪（上盖）/1 个 414-0701/ 电泳仪（下槽）/1 个 144-0011/ 电泳导线 /1 付 414-0705/ 冰盒 /1 个

- 产品编号：121-4041

DYCZ-40D 型转移芯

» 高透明度聚碳酸酯注塑成型

» 用途

可单独购买，与 DYCZ-24DN 或 DYCZ-40D 外壳配套使用，适用于 WestemBlot 等实验中将凝胶电泳的蛋白质分子转印到硝酸纤维素等薄膜上。

编 号	名 称	标配数量
414-0403	转移支撑体	1个
414-0400	转移孔板总成	2个
414-0401	凝胶支持纤维垫	4块